Add value.
Inspire trust.

M50
Standard Hochdrucktiegel für Differential Scanning Kalorimeter

Zuverlässig:
Basierend auf dem Standardtiegel, welcher seit über 20 Jahren verwendet und an unsere Kunden verkauft wird. Das Dichtungsprinzip, bestehend aus nur einem Deckel, benötigt eine kleinere Schliesskraft und ist einfacher zu handhaben.


Erhältlich:
Der Tiegel mit Deckel ist in kleinen Mengen je nach Bestand erhältlich.
Weitere Bestellinformationen finden Sie am Ende dieses Informationsblattes.

Kompatibilität:
Für die alten Mettler Toledo DSC-Geräte sind Tiegel mit Pin immer noch erhältlich.
Bitte geben Sie in ihrer Bestellung an, ob Sie solche Tiegel möchten.

Spezifikationen:

Gewicht	1.5 g
Dimensionen (Höhe/Durchmesser)	5.9 / 7.0 mm
Teile	2
Schliesskraft	4 kN
Maximaler Betriebsdruck*)	217 bar
Maximale Betriebstemperatur	400°C
Probenvolumen	50 µl
Goldschichtdicke	5 µm

*) tested with supercritical pressure of water



Weitere Informationen / Bestelladresse:

TÜV SÜD Schweiz AG
Mattenstrasse 22
WRO 1055
CH 4058 Basel

E-Mail: products.bs@tuvsud.com