



Schweiz

Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.

M50

Standard Hochdrucktiegel für Differential Scanning Kalorimeter

Zuverlässig:

Basierend auf dem Standardtiegel, welcher seit über 20 Jahren verwendet und an unsere Kunden verkauft wird. Das Dichtungsprinzip, bestehend aus nur einem Deckel, benötigt eine kleinere Schliesskraft und ist einfacher zu handhaben.

Erhältlich:

Der Tiegel mit Deckel ist in kleinen Mengen je nach Bestand erhältlich.
Weitere Bestellinformationen finden Sie am Ende dieses Informationsblattes.

Kompatibilität:

Für die alten Mettler Toledo DSC-Geräte sind Tiegel mit Pin immer noch erhältlich.
Bitte geben Sie in ihrer Bestellung an, ob Sie solche Tiegel möchten.

Spezifikationen:

Gewicht	1.5 g
Dimensionen (Höhe/Durchmesser)	5.9 / 7.0 mm
Teile	2
Schliesskraft	4 kN
Maximaler Betriebsdruck	217 bar
Maximale Betriebstemperatur	400°C
Probenvolumen	50 µl
Goldschichtdicke	5 µm



Weitere Informationen / Bestelladresse:

TÜV SÜD Schweiz AG
Frau Petra Meier
Mattenstrasse 22
WRO-1055.5.043
CH – 4002 Basel

Fax: +41 58 517 80 21
Email: products.bs@tuvsud.com

Sitz: Zürich
Handelsregister Zürich:
CH-036.3.045.931-7
MWSt Nr. CHE-115.162.623

Geschäftsführer:
Stefan Bauer
Verwaltungsratspräsident:
Christoph Schipper

Telefon: +41 58 517 80 20
Telefax: +41 58 517 80 21
www.tuvsud.com/ch



TÜV SÜD Schweiz AG
Mattenstrasse 22
4002 Basel
Schweiz