



Schweiz

Mehr Wert.  
Mehr Vertrauen.

# S50

## Standard Hochdrucktiegel für Differential Scanning Kalorimeter

**Zuverlässig:** Dieser Standardtiegel wird seit über 20 Jahren verwendet und an unsere Kunden verkauft.

**Erhältlich:** Der Tiegel mit Deckel und Goldplättchen ist in kleinen Mengen je nach Bestand erhältlich. Weitere Bestellinformationen finden Sie am Ende dieses Informationsblatts.

**Kompatibilität:** Für die alten Mettler Toledo DSC-Geräte sind Tiegel mit Pin immer noch erhältlich. Bitte geben Sie in ihrer Bestellung an, ob Sie solche Tiegel möchten.

### Spezifikationen:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Gewicht                        | 1.5 g        |
| Dimensionen (Höhe/Durchmesser) | 5.9 / 7.0 mm |
| Teile                          | 3            |
| Schliesskraft                  | 10 kN        |
| Maximaler Betriebsdruck        | ~ 200 bar    |
| Maximale Betriebstemperatur    | 400°C        |
| Probenvolumen                  | 50 µl        |
| Goldschichtdicke               | 5 µm         |



### Weitere Informationen / Bestelladresse:

TÜV SÜD Schweiz AG  
Frau Petra Meier  
Mattenstrasse 22  
WRO-1055.5.043  
CH – 4002 Basel

Fax: +41 58 517 80 21  
Email: [products.bs@tuvsud.com](mailto:products.bs@tuvsud.com)

Sitz: Zürich  
Handelsregister Zürich:  
CH-036.3.045.931-7  
MWSt Nr. CHE-115.162.623

Geschäftsführer:  
Stefan Bauer  
Verwaltungsratspräsident:  
Christoph Schipper

Telefon: +41 58 517 80 20  
Telefax: +41 58 517 80 21  
[www.tuvsud.com/ch](http://www.tuvsud.com/ch)

**TUV**®

TÜV SÜD Schweiz AG  
Mattenstrasse 22  
4002 Basel  
Schweiz